


Naam document: Werkwijze dialyse bij COVID-19 patiënt (positief en verdachte)			
Versie: 10 augustus 2020 V3	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Doel

Voorkomen van verspreiding van COVID-19 bij het dialyseren van een patiënt.

Wanneer

Dit protocol is van toepassing bij het dialyseren van de verdacht of besmette COVID-19 patiënt in dialysecentrum of tijdens opname.

Algemeen

- Bewaar afstand van meer dan 1,5 meter tot de patiënt wanneer dat kan.
- Neem voor de dialyse de triagevragen door met de patiënt.
- Voor de juiste isolatiemaatregelen zie het contact-druppelisolatie protocol bij COVID-19.

Triage vragenlijst

Stel de volgende triage vragen:

- Heeft u de laatste 24 uur koorts of koortsig gevoel gehad?
- Bent u aan het hoesten/kuchen?
- Bent u neusverkouden, heeft u loop- of snotneus?
- Heeft u keelpijn, kortademigheid of andere klachten aan de luchtwegen
- Heeft u last van diarree?
- Heeft u last van smaak- en/of reukverlies?
- Heeft u mensen thuis die koorts hebben?
- Heeft u mensen thuis die COVID-19 verdacht of bewezen zijn (huisgenoot in thuisisolatie)?

Indien JA op 1 of meer vragen, behandel patiënt als verdacht voor COVID-19.

Clïent verdacht voor Covid-19

- Indien de dialyse kan wachten; dan eerst de patiënt testen via checkpoint en resultaat thuis afwachten.
- Patiënt dialyseren op 1 persoonskamer en stel covid isolatie in.

OF


- Patiënt dialyseren als normaal en cliënt draagt chirurgische mondneusmasker type IIR.

Clïent positief voor Covid-19

- Patiënt dialyseren op een éénpersoonskamer met isolatie

OF

- Patiënt dialyseren op een covid cohort afdeling in isolatie

Naam document: Werkwijze dialyse bij COVID-19 patiënt (positief en verdachte)			
Versie: 10 augustus 2020 V3	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Reiniging en desinfectie

- Na dialyse vindt er reiniging en desinfectie plaats van:
 - Patiëntkamer
 - Dialysemachine
 - Dialysestoel
 - Tafel
- Gebruik hierbij het protocol reiniging en desinfectie na opname van een COVID-19 patiënt.
- Bij gebruik van mobiele dialyseapparatuur op de afdeling, reinig en desinfecteer de machine na gebruik.

Gerelateerde documenten

- Reiniging en desinfectie na opname van een COVID-19 patiënt.
- Contact-druppelisolatie bij COVID-19.