


Naam document: Werkwijze service technische dienst bij COVID-19			
Versie: 10 augustus 2020 V1	Bron: Infectiepreventiecommissie AZP	Eigenaar: Afdeling Infectiepreventie	

Doel

Voorkomen dat COVID-19 zich verspreidt bij gebruik van medische hulpmiddelen.

Wanneer

Bij reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen die gebruikt zijn bij COVID-19 suspected of positieve patiënt.

Benodigheden

- Alcohol 70%

Algemeen

- Melden bij hoofdzuster van de afdeling.
- In kamer met COVID-19 patiënt: volg isolatie procedure van de afdeling.
- In kamer waar patiënt niet aanwezig is volstaat een eigen mondneusmasker met handschoenen.
- Voor verlaten van de kamer: pas handhygiëne toe.

Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen

- Reusable medische hulpmiddelen worden na gebruik gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd met alcohol 70% of een ander desinfectiemiddel wat wordt voorgeschreven door de fabrikant. Bij alcohol 70% moet de contacttijd van tenminste 30 seconden goed in acht worden gehouden.
- Disposable materialen worden na gebruik volgens gebruikelijke methode afgevoerd.